



## LABORATOIRE PUBLIC D'ESSAIS ET D'ETUDES

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE, DES ACHATS, DES APPROVISIONNEMENTS ET LA  
GESTION DU PATRIMOINE

### إعلان عن تعديل طلب عروض مفتوح

رقم: 34/140/2020

تم تعديل طلب العروض المفتوح رقم: 34/140/2020

- يرجى الانتباه الى التعديل بالمادة رقم 32.2 في الصفحة 20 لدفتر التحملات :

| Spécification avant modification |  | Spécification après modification |   |
|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| Capteur de force de 5 kN         | Caractéristiques   | Capteur de force de 5 kN         | Caractéristiques  |
| Type du certificat d'étalonnage  | DakkS, COFRAC ou équivalent (*) justifiant la classe 0.5 selon la norme ISO 376. | Type du certificat d'étalonnage  | DakkS, COFRAC ou équivalent (*) justifiant la classe 00 selon la norme ISO 376. |

من أجل طلب معلومات إضافية المرجو الاتصال بمديرية التموين اللوجستيك وتدبير التراث بالفاكس: 0522 45 01 45 او على البريد الإلكتروني: [dir.dla@lpee.ma](mailto:dir.dla@lpee.ma)

