



Casablanca, le 29/06/2026

OBJET : RÉPONSE À LA DEMANDE D'INFORMATION DES CONCURRENTS RELATIVE À L'AO N° 30/2026

OBJET : FOURNITURE DE CONSOMMABLES POUR LE CENTRE EXPERIMENTAL DES MATERIAUX ET DU GENIE INDUSTRIEL « CEMGI »

À la suite des demandes de clarification des concurrents, nous vous communiquons les informations suivantes :

Questions :

Pour le lot N°1 : EMBOUTS DE PRESSION

- 1) Les embouts doivent-ils résister à une pression maximale de 210 bars ou de 100 bars ?
- 2) Afin de pouvoir établir une offre conforme à notre besoin et vérifier la compatibilité des articles demandés, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre le plan détaillé des embouts de pression (ou raccords). Ce plan devra inclure l'ensemble des caractéristiques techniques nécessaires, notamment les dimensions (diamètres, longueurs, épaisseurs, angles), les tolérances, ainsi que toute autre spécification technique pertinente. Ces informations sont indispensables pour permettre aux fabricants de confirmer la conformité des articles proposés et d'établir une offre adaptée à notre besoin.

Réponses :

Pour le lot N°1 : EMBOUTS DE PRESSION

- 1) Matière des embouts : Les embouts standards en acier inoxydable SS304 sont acceptable.
Pression : La pression maximale demandée était de 210 bars, les embouts de type T standards d'une capacité maximale de 100 bars sont acceptable.
- 2) Merci de noter que les épaisseurs de parois diffèrent d'un raccord à un autre selon le type du matériau de ce dernier. Notre besoin s'appuie principalement sur le diamètre extérieur du raccord constituant ainsi la donnée essentielle pour assurer l'adaptation avec notre application. Prière de se baser sur ce paramètre, les autres caractéristiques varient selon les normes de spécification de chaque matériau.

Pour tout complément d'information veuillez nous contacter à l'adresse suivante : dir.dla@lpee.ma

DLAAP/980