



Casablanca, le 15/06/2026

OBJET : RÉPONSE À LA DEMANDE D'INFORMATION DES CONCURRENTS RELATIVE À L'AO N° 14/2026

OBJET : FOURNITURE DE MATERIEL D'ESSAI POUR LE CENTRE EXPERIMENTAL DES MATERIAUX ET DU GENIE INDUSTRIEL « CEMGI »

À la suite des demandes de clarification des concurrents, nous vous communiquons les informations suivantes :

Questions :

Pour le lot N°1 : HOTTE D'EXTRACTION CHIMIQUE

- 1) Type /famille et nom des produits utilisés (solvants, acides, bases, en poudre ou liquide)
- 2) Type de manipulation dans la sorbonne et fréquence
- 3) Quelle quantité ?
- 4) Chauffe-t-il en dessous de la sorbonne, si oui combien de degrés ?
- 5) Autre sorbonne déjà en place ?
- 6) Compensation d'air ? capacité en m³/h ?
- 7) Contrainte de la salle
 - La hauteur sous plafond
- 8) Ces dimensions sont les dimensions extérieures pour les quatre sorbonnes ?
 - Profondeurs ≥ 800 mm.
 - Hauteurs ≥ 1850 mm.
 - Largeurs ≥ 1800 mm.
- 9) Les dimensions de la paillasse existante ?
 - Equipement à installer sur paillasse existante est raccordé vers l'extérieur.
- 10) Nature du plan de travail (grès monolithique, PP, verre ...)
- 11) Accessoires (prises, bénitier, robinets ...) ?
- 12) Emplacement de la sorbonne dans la pièce (mur / milieu / angle) ?

Réponses :

Pour le lot N°1 : HOTTE D'EXTRACTION CHIMIQUE

- 1) Solvants organiques et des acides minéraux concentrés (HCl, HNO₃, H₂SO₄)
- 2) La mise en solution des matériaux solides par attaques acides chaque jour trois séries de 20 échantillons chacune (échantillon correspond à un bécher contenant un volume d'acide d'environ 50 ml.

DLAAP/980



DLAAP/980

- 3) Chaque jour trois séries de 20 échantillons chacune (échantillon correspond à un béccher contenant un volume d'acide d'environ 50 ml.
- 4) Oui utilisation d'une plaque chauffante de dimensions : (Profondeur : 600 mm ; Largeur 450 mm ; hauteur : 200 mm) à une température de l'ordre de 500 °C.
- 5) Non, aucune autre sorbonne n'est déjà en place.
- 6) Capacité est 2500 m³/h
- 7) La hauteur entre le plan de la paillasse et le plafond de la salle 1,90 m
- 8) Oui, les dimensions ci-dessous sont les dimensions extérieures pour les quatre sorbonnes
 - Profondeurs ≥ 800 mm.
 - Hauteurs ≥ 1850 mm.
 - Largeurs ≥ 1800 mm.
- 9) Les dimensions de la paillasse existante sont 800 mm.
- 10) Revêtement en céramique antiacide
- 11) Accessoires : prises, bécnetier et robinets
- 12) Au milieu de la pièce.

Pour tout complément d'information veuillez nous contacter à l'adresse suivante : dir.dla@lpee.ma

DLAAP/980