



OBJET : REPONSE A LA DEMANDE D'INFORMATION DES CONCURRENTS RELATIVE A L'AO N° 61/2024

OBJET : FOURNITURE DE MATERIEL D'ESSAI POUR MATERIAUX ET GENIE INDUSTRIE

A la suite des demandes de clarification des concurrents, nous vous communiquons les informations suivantes :

Questions :

- Pour le lot N°7 :
 1. Quel est le poids approximatif de la planche de bois à tester à chaque fois ?
 2. Quel est le niveau d'humidité de la planche de bois à tester ?
- Pour le lot N°15 :
 3. Devons-nous chiffrer également une station de production d'eau déminéralisée pour alimenter l'enceinte ? Ou bien avez-vous simplement repris les besoins en eau de l'enceinte et vous disposez déjà d'un système de production d'eau déminéralisée capable d'alimenter votre future enceinte ?

Réponses :

- Pour le lot N°7 :
 1. Le poids maximal est d'environ 150 kg.
 2. Le taux d'humidité de la planche de bois à tester doit être compris entre 5 % et 18 %.
- Pour le lot N°15 :
 3. Le concurrent devra intégrer dans son offre une station de production d'eau déminéralisée pour alimenter l'enceinte.

Pour tout complément d'information veuillez nous contacter à l'adresse suivante : dir.dla@lpee.ma.