



Casablanca, le 28/11/2022

Objet : Réponse à la demande d'information des concurrents relative à l'AO N° 36/2022

A la suite des demandes de clarification des concurrents, nous vous communiquons les informations suivantes :

Question :

1. Pour le lot N° 8 : ENREGISTREUR 24 VOIES

Nous vous prions de nous communiquer plus de détail technique concernant les sondes demandées, à savoir :

- Diamètre et longueur du plongeur,
- Longueur de câble,
- Plage de température,
- Autres options à nous préciser (raccord, convertisseur....).

Réponse :

1. Pour le lot N° 8 : ENREGISTREUR 24 VOIES

- Pas de spécification dans les normes d'essai, mais ils seront utilisés pour mesure de température des câbles, échauffement de l'huile diélectrique, pour des réfrigérateurs.....
- La longueur du câble est de 10m.
- La plage de température et entre -40°C jusqu'à 300°C.
- Autres options à nous préciser (raccord, convertisseur....) : les connecteurs.

Pour tout complément d'information veuillez nous contacter à l'adresse suivante : dir.dla@lpee.ma.