



المختبر العمومي للتجارب والدراسات

LABORATOIRE PUBLIC D'ESSAIS ET D'ETUDES

شركة لا اسمية رأس ماليا درهما Dh 247.702.400,00 Société Anonyme au Capital de

DLAAP/980

Casablanca, le 23/08/2021

Objet : Réponse à la demande d'information des concurrents relative à l'AO N° 21/2021

A la suite des demandes de clarification des concurrents, nous vous communiquons les informations suivantes :

Question :

Pour le lot N° 8 : BAIN THERMOSTATE

Prière de nous préciser la valeur minimale est maximale pour la plage de température du bain thermostaté.

Article 38. LOT N°8: BAIN THERMOSTATE

DESIGNATION :

Bain thermostaté.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Bain thermostaté ayant les spécifications suivantes :

- Cuve et couvercle en acier inoxydable ;
- Plage de température : 100°C ;
- Stabilité de température : $\pm 0.1^\circ\text{C}$;
- Capacité : 50L ;
- Résolution 0.1°C ;
- Alimentation 220V, 50Hz.

Réponse :

Pour le lot N° 8 : BAIN THERMOSTATE

La plage de température du bain thermostaté est :

- Valeur minimale : Température ambiante ;
- Valeur maximale : 100°C.

Pour tout complément d'information veuillez nous contacter à l'adresse suivante : dir.dla@lpee.ma.

DLAAP/980