



Casablanca, le 18/04/2022

Objet : Réponse à la demande d'information des concurrents relative à l'AO N° 11/2022

A la suite des demandes de clarification des concurrents, nous vous communiquons les informations suivantes :

Question :

Merci de nous communiquer plus d'informations sur le dossier de qualification d'équipement pour Equipement NPP (système Quanti-Tray IDEXX) suite à l' appel d'offres ouvert n°11/2022 relatif à la Fourniture d'équipement NPP pour le CEREP en lot unique.

Réponse :

Le fournisseur doit fournir un rapport de validation ou de vérification de performance analytique spécifique à l'équipement en question (système Quanti-Tray IDEXX).

Le rapport doit contenir les informations suivantes :

Performance analytique (dossier de validation actualisé) pour la recherche et dénombrement des coliforme et entérocoque intestinaux pour les deux matrices eau de mer et eau propre selon les normes ISO 9308-2 et ISO 7899-1.

Pour tout complément d'information veuillez nous contacter à l'adresse suivante : dir.dla@lpee.ma.